



ケーブル接続部図 S=NON

- 注記-
1. センサー部材の設計図は別紙に記載しています。
 2. 圧力センサーを取付の際は、先端のおねじをシールテープで止水取付けして下さい。
 3. 高圧洗浄機の水 flow を当てないようにして下さい。
 4. 大気開放パイプ(1)(2)(※1)は閉塞しないようにして下さい。
 5. 各端面はR0.2程度の面取りです。

11	専用ケーブル		1	10m・コネクター付
10	圧力センサー	SUS	1	DJW-7200-020KP-10-V
9	パッキン	EPDM-K	2	t=2
8	パッキン	PP	1	t=2
7	ナット	SUS304	1	
6	子蓋固定皿ビス	SUS304	2	M3×5mm
5	親蓋固定皿ビス	SUS304	5	M4×8mm
4	止水用Oリング	EPDM	1	G-45
3	圧力センサー部固定子蓋	SUS304	1	φ40・t2
2	圧力センサー部固定親蓋	SUS304	1	φ85・t5

図面来歴		1	カバー本体金物	SUS304	1		
変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	摘要
			承認	中山	図面	型式：DS-PSH-40S 挟み込み式圧力センサー取付金物	
			審査	中山	名称		
			設計	大前	株式会社ダイレオ		
			製図	炭多	尺度	図面番号	DS-PSH-40S
			日付	2019/09/18	1/1	親図面	サイズ A3