


B部ケーブル接続図 S=NON



A部施工例 S=NON

(a) 及び (b) は現場手配

(オプション品)

-注記-

1. センサー部材の設計図は別紙に記載しています。
2. 温泉・海水対応品ですが、すべての水質に使用できる万能タイプではありません。
3. 圧力センサー先端おねじ(※1)はシールテープにより止水取付けて下さい。
4. 大気開放パイプ(1)(2)(※2)は閉塞しないようにして下さい。
5. 高圧洗浄機の水流を当てないようにして下さい。
6. 組立品につき参考寸法となります。
7. スリーブ管は現場に合わせて切断して下さい。
8. 接続部に結晶などが固着した場合は現場で定期的な除去を行って下さい。

最高使用温度 50°C

品番	部品名称	材質	数量	概要
10	スリーブ管	VP	1	VPSL-40 (150mm)
9	防水皿	チタン	1	OWT-40T
8	専用ケーブル		1	10m・コネクタ付
7	子蓋固定ボルト	チタン	2	M3×5mm
6	親蓋固定ボルト	チタン	5	M4×8mm
5	止水用Oリング	EPDM	1	G-45
4	圧力センサー	チタン	1	GZL1-020KP-10
3	圧力センサー部固定子蓋	PPS	1	φ40・t2
2	圧力センサー部固定親蓋	PPS	1	φ85

製品質量=約1.5kg

図面来歴	品番	部品名称	材質	数量	摘要
1		カバー本体金物	PVC	1	
承認	中山	図面	型式: PS02-SKV40-SET 名称: 圧力センサー取付金物(樹脂製)+センサー+防水皿(温泉・海水用)		
審査	中山	名称			
設計	庵下	株式会社ダイレオ			
製図	炭多	尺度	図面番号	PS02-SKV40-SET	
日付	2019/11/14	1/2	親図面	サイズ	A3